



Pruszków, 16. 03. 2017

Konmex Sp z o.o.

ul. Dobra 8/3; 05-804 Pruszków

dotyczy: zapytania ofertowego nr 4/2017 (Oferent 1)

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2017 wysłanego poprzez e-mail na adres s.lewicki@konmex.com (o 13.18) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż:

Ad 1. „Prosimy o wydzielenie sterylizatora parowego jako oddzielnej pozycji ofertowej. Wydzielenie sterylizatora pozwoli większej ilości oferentów odpowiedzieć na Państwa zapytanie ofertowe co zwiększy konkurencyjność składanych ofert. Przy obecnej konstrukcji zapytania ofertowego jedynie jedna firma na rynku może złożyć ofertę na wymienione pozycje.”

Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Z informacji, które zostały uzyskane w trakcie szacowania ceny przedmiotu zamówienia wynika, że na rynku istnieją co najmniej 3 oferenci, którzy mogą zaoferować nam komplet urządzeń objętych zapytaniem ofertowym.

Ad 2. „Prosimy doprecyzowanie czy przeznaczone do sterylizacji klatki dla zwierząt są ustawiane jedna na drugą czy klatka w klatkę?”

Kompletne klatki mają być ustawiane jedna na drugą.

Ad 3. „Czy pod pojęciem „dwa niezależne procesory” Zamawiający rozumie sterownik sterylizatora oraz dodatkowy układ rejestrujący parametry cykli?”

Proszę o doprecyzowanie powyższego pytania. Należałoby dokładnie podać za jakie parametry i procesy odpowiedzialne są ww. sterowniki i opisać ich wzajemne interakcje. W obecnej formie powyższe pytanie jest niezrozumiałe.

4. „Czy Zamawiający dopuści pełen płaszcz grzewczy zamiast pierścieniowego? Komora sterylizacyjna z pełnym płaszczem grzewczym jest nowoczesnym rozwiązaniem technicznym pozwalającym na szybsze i równomierne rozgrzewanie komory sterylizatora co bezpośrednio przekłada się na skrócenie cykli sterylizacyjnych oraz na równomierną dystrybucję ciepła w komorze z wahaniami nie przekraczającymi 0,5 st.C.”

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zdefiniował odpowiedź na to pytanie, tj: „ **Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych technologicznie). W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub lepszych technologicznie na Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia równoważności lub przewagi technologicznej).**”

W ofercie należy odpowiednio ustosunkować się do tej prośby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Dobra 8/3, 05-804 Pruszków
Telefon: +48 22 780 06 00

E-mail: info@konmex.com

Ad 5. *„Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza o przekątnej 7 cali, proponowana przez nas wielkość wyświetlacza nieznacznie odbiega od wymaganej w opisie technicznym i nie wpływa negatywnie na odczytywanie parametrów oraz obsługę urządzenia.”*

Dopuszcza się takie rozwiązanie pod warunkiem, że nie zmieni to możliwości wyświetlania "schematów połączeń podzespołów" w taki sposób, aby odczyt nie powodował konieczności wprowadzania dodatkowych czynności (np. dodatkowego klikania na ekran).

Ad 6. *„Ze względu na fakt, iż w opisie technicznym Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do archiwizacji cykli pracy urządzenia czy Zamawiający dopuści sterylizator z archiwizacją przeprowadzonych cykli na komputerze klasy PC zamiast w pamięci sterownika ?”*

Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Zamawiający w zapytaniu ofertowym zdefiniował rozwiązanie techniczne urządzenia tj: „Wbudowany cyfrowy system archiwizujący pracę sterylizatora...”

Ad 7. *„Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które po prawidłowo wykonanym procesie sterylizacyjnym sygnalizuje możliwość otwarcia drzwi a nie otwiera ich automatycznie?”*

Nie dopuszcza się tego rozwiązania. Automatyczne otwieranie drzwi po zakończonym procesie zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu się sterylizowanego materiału.

Ad 8. *„Czy Zamawiający wymaga, aby do programu woda w naczyniach otwartych dla temp. 121 st.C sterylizator posiadał system szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody oraz system podtrzymania ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza”*

Wszystkie wymagania dotyczące wymogów jakie mają spełnić urządzenia, zostały określone w zapytaniu ofertowym. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie może stawiać dodatkowych wymagań.

Ad 9. *„Czy Zamawiający dysponuje w miejscu instalacji sterylizatora źródło sprężonego powietrza? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów źródła sprężonego powietrza.”*

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie dysponuje źródłem sprężonego powietrza, zostanie ono dopasowane do zakupionego w postępowaniu urządzenia.

Ad 10. *„Biorąc pod uwagę fakt, iż załadunek i rozładunek sterylizatora odbywa się poprzez system wózków wsadowych i transportowych co niweluje konieczność „sięgania” po załadunek a jedynie wymaga pociągnięcia z uchwyt wózka wsadowego znajdującego się obok drzwi sterylizatora czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o głębokości 1940 mm?”*

Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił maksymalne wymiary komory wraz z uzasadnieniem.