

Konmex Sp z o.o.  
ul. Dobra 8/3;  
05-804 Pruszków

**dotyczy: zapytania ofertowego nr 7/2017 (Ofertent 1)**

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2017, wysłane pocztą elektroniczną na adres [s.lewicki@konmex.com](mailto:s.lewicki@konmex.com) (o 16:10), dotyczące pytań do zapytania ofertowego, informuje iż:

Ad 1. *„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w ofercie wspólnej ceny dla wszystkich przedmiotów zamówienia, zamiast każdego z osobna? Swoją prośbę motywujemy tym, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”*

Dopuszcza się takie rozwiązanie. Podanie ceny jako całości nie zmienia kryteriów oceny Ofert przez Zamawiającego (dla przypomnienia: *cena netto za cały pakiet - 80% wagi, gwarancja na całość przedmiotu zamówienia – 20%*). Zamawiający będzie równoważnie traktował oferty które podają cenę netto na cały pakiet lub ceny neto na poszczególne części zamówienia.

Ad 2. *„Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia dróg wprowadzania urządzeń przed terminem składania ofert?”*

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Maksymalne wymiary urządzeń, które mają być transportowane między pokojami zwierzątarni zostały określone w zapytaniu ofertowym.

Ad 3. *„dot. 7. Zestaw do anestezji – „system zaopatrzony w filtr lub filtry węglowe” Czy Zamawiający ma na myśli konkretną ilość filtrów? Standardowo do urządzeń dostarczamy 8 filtrów węglowych (2 podstawowe i 6 zapasowych). Czy taka ilość spełni oczekiwania Zamawiającego?”*

Liczba filtrów dostarczona wraz z urządzeniem powinna umożliwiać uruchomienie urządzenia w celu sprawdzenia poprawności jego działania. Zamawiający nie ma możliwości określenia liczby dodatkowych części zużywalnych/podzespołów, które mają być dostarczone wraz z urządzeniem.

4. *„dot. 8. Zestaw do eutanazji – „system musi posiadać absorbent dwutlenku węgla, np. wapno sodowane” Czy jeden, 5-litrowy karnister wapna sodowanego, który zostanie dostarczony wraz z urządzeniem spełni oczekiwania Zamawiającego?”*

Objętość absorbenta dostarczona wraz z urządzeniem powinna umożliwiać uruchomienie urządzenia w celu sprawdzenia poprawności jego działania. Zamawiający nie ma możliwości określenia minimalnej objętości/liczby dodatkowych części zużywalnych/odczynników, które mają być dostarczone wraz z urządzeniem.