

Pruszków, 26. 07. 2017

Konmex Sp z o.o.

ul. Dobra 8/3; 05-804 Pruszków

dotyczy: zapytania ofertowego nr 10/2017 (Oferent 1)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2017 wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s.lewicki@konmex.com (o 15:52) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż:

Ad 1. „Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o zakresie regulacji temperatury od 20 do 90°C? Zaproponowane urządzenie spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Zamawiający pragnie poinformować, iż nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Zamawiający w zamówieniu ofertowym określił minimalny zakres regulacji temperatury od 20 do 99°C. Zakres ten wynika bezpośrednio z techniki przygotowania materiałów w procesach produkcyjnych. Proponowane przez Oferenta zawężenie zakresu temperaturowego łaźni spowoduje organicznie jej funkcjonalności, co w konsekwencji będzie sprzeczne z interesem Zamawiającego.