

Pruszków, 10. 08. 2017

Konmex Sp z o.o.

ul. Dobra 8/3; 05-804 Pruszków

dotyczy: zapytania ofertowego nr 10/2017 (Oferent 2)

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.2017 i z dnia 10.08.2017 wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s.lewicki@konmex.com (odpowiednio o 11:19 i 12:10) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż:

Ad 1. „dotyczy punkt 7 A waga Urządzenie do ważenia organów. Czy zamawiający zaakceptuje szalkę wagi o wymiarach fi 120mm lub 128x128mm ?”

Zamawiający pragnie poinformować, że nie dopuszcza się rozwiązania fi 120 mm (różnica w szerokości powyżej 5%) natomiast dopuści rozwiązanie z szalką o wymiarach 128x128mm (różnica w powierzchni mniejsza niż 5%).

Pytanie dotyczy punkt 2 łożnia wodna

AD. 2 „Czy zamawiający zaakceptuje zewnętrzny wymiar łożni S G W 340 x 450 x 255 mm”

Zamawiający pragnie poinformować, że nie dopuszcza się rozwiązania. Jeden z proponowanych wymiarów (głębokość) w istotny sposób przekracza wymiar maksymalny urządzenia opisany w specyfikacji. Zamawiający nie jest w stanie zgodzić się na takie rozwiązanie.

AD. 3 „Czy zamawiający zaakceptuje grzałki silikonowe równomiernie rozłożone w wannie co daje lepszy rozkład temperatur na poziomie +/- 0,2 oC i zwiększa swobodę aranżacji wnętrza jak na załączanym rysunku ?”

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zdefiniował odpowiedź na to pytanie, tj: „ Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych technologicznie). W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub lepszych technologicznie na Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia równoważności lub przewagi technologicznej).”

W ofercie należy odpowiednio ustosunkować się do tej prośby.