



Pruszków, 04. 10. 2017

Konmex Sp z o.o.

ul. Dobra 8/3; 05-804 Pruszków

dotyczy: zapytania ofertowego nr 12/2017 (Oferent 1)

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.09.2017 wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s.lewicki@konmex.com (o 14:56) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż:

Ad 1. „Czy zamawiający dopuści sprzęt, w który jeden pełny obrót mikrośruby (360 stopni podnosi lub opuszcza stolik o 0,3mm pokrętło działa płynnie, bez skoków)”

Zamawiający pragnie poinformować, że dopuszcza takie rozwiązanie o ile spełnia ono pozostałe kryteria i wymogi techniczne przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 12/2017.

Zamawiający, jako skok rozumie najmniejsze możliwe przesunięcie mikrośruby, które powoduje przesunięcie obserwowanego obszaru w osi z (głębokość) preparatu. Istotnym wymogiem jest, aby mikrośruba pracowała płynnie.