



Pruszków, 04. 10. 2017

Konmex Sp z o.o.

ul. Dobra 8/3; 05-804 Pruszków

**dotyczy: zapytania ofertowego nr 12/2017 (Ofertent 1)**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.10.2017 wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [s.lewicki@konmex.com](mailto:s.lewicki@konmex.com) (o 16:58) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż:

Ad 1. „W pkt. 1 Zamawiający określił następujący parametr mikroskopu odwróconego: głowica trinokularowa obserwacyjna, nachylona 30 ° i obrotowa 360°.

*Kąt pochylenia głowicy zależy od konstrukcji statywu mikroskopu. Dostępne są na rynku dwa podstawowe standardy pochylenia 30 i 45 stopni. W każdym wypadku odpowiednio spasowany kąt pochylenia i ruchu głowicy zapewnia właściwą ergonomię pracy i umieszczenie okularów na odpowiedniej wysokości. Oba rozwiązania techniczne są do siebie funkcjonalnie równoważne i pozwalają na osiągnięcie dobrej ergonomii pracy z mikroskopem. Proponowana konstrukcja głowicy jest powszechnie stosowana przez wiodących producentów sprzętu optycznego, co potwierdza pełną funkcjonalność proponowanego rozwiązania.”*

Zamawiający pragnie poinformować, że dopuszcza takie rozwiązanie o ile spełnia ono pozostałe kryteria i wymogi techniczne przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 12/2017.