



Pruszków, 10. 10. 2017

Konmex Sp z o.o.

ul. Dobra 8/3; 05-804 Pruszków

**dotyczy: zapytania ofertowego nr 12/2017 (Ofertent 3)**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.10.2017 wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [s.lewicki@konmex.com](mailto:s.lewicki@konmex.com) (o 08:56) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż:

Ad 1. „Czy Zamawiający dopuszcza rewolwer 4 stanowiskowy?”

Zamawiający pragnie poinformować, że nie dopuszcza takiego rozwiązania. Proponowane rozwiązanie stanowi funkcjonalnie gorsze rozwiązanie technologiczne niż podane w zapytaniu ofertowym nr 12/2017.

Ad 2. „Czy Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach 200mm szerokość, 252mm długość, zakres ruchu 110x74mm XxY?”

Zamawiający pragnie poinformować, że dopuszcza takie rozwiązanie o ile nie spowoduje ono ograniczenia funkcjonalności proponowanego urządzenia oraz spełnia ono pozostałe kryteria i wymogi techniczne przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 12/2017. Ograniczenie funkcjonalności dotyczy przede wszystkim obserwacji różnego typu butelek, szalek i płytek wielodołkowych ujętych w zapytaniu ofertowym nr 12/2017 (wymagania techniczne).

Ad 3. „Czy Zamawiający dopuszcza obiektywy achromatyczne?”

Zamawiający pragnie poinformować, że nie dopuszcza takiego rozwiązania. Proponowane rozwiązanie stanowi funkcjonalnie gorsze rozwiązanie technologiczne niż podane w zapytaniu ofertowym nr 12/2017.